



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

GB.C.31.004.A № 53510

Срок действия до 18 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Газоанализаторы SERVOTOUGH SpectraExact 2500,
SERVOTOUGH SpectraExact 2510, SERVOTOUGH SpectraExact 2520,
SERVOTOUGH SpectraExact 2550**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Servomex Group Limited", Великобритания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **55957-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 55957-13

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **18 декабря 2013 г. № 1482**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин



26 " 12 2013 г.

Серия СИ

№ 013156

Срок действия до 18 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 октября 2018 г. № 2177**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 06 " 1P 2018 г.